

# 醫藥暨應用化學系 112 學年度第 1 次環安暨採購委員會會議記錄

開會時間：112 年 9 月 5 日 中午 12 點

開會地點：第一教學大樓 N935 會議室

召集人：陳喧應

出席人員：陳嘉祥、陳信允、陳泊余、許智能、杜采濼、王志光

記錄人員：吳鈴若

列席人員：林韋佑、李偉鵬、林淑芬

## 壹、主席報告

1. 近來環安室稽查學校之實驗室，來信通知系上老師擺放在走廊的物品有影響逃生路線之疑慮，請各位老師多加留意。

## 貳、提案討論：

1. 案由：推選 112 學年度環安暨採購委員會之召集人。

說明：如題。

決議：經投票得到陳喧應 5 票，陳嘉祥 2 票。由陳喧應老師為 112 學年度環安暨採購委員會之召集人

2. 案由：茲討論新聘教師空間事宜。

說明：根據 112.07.31 的第 5 次系務會議之案由 6 之決議，「原黃龍池副教授實驗室空間，因走道距離未符合環安標準，可能無法作為實驗室；助教暨技術員原定依配合校方規劃將搬遷至 W13 棟。因該空間，前任總務長口頭告知目前尚未確定 W13 的歸屬權問題，待總務處開完會後，會通知生命科學院辦。故 N845 共同實驗室設置為線上會議室事宜乃暫緩實施，授權環安暨採購委員會討論助教暨技術員及新聘教師空間。」

決議：經委員會討論，將請環安室先確認原黃龍池老師的實驗室及 N818 是否兩間都符合環安規定可做為實驗室，若兩間皆可做為實驗室，則讓新老師優先進行挑選。若其中一間可以，另一間不符合規範，將申請經費改善，以利可以作為辦公室或實驗室之使用，於下一次的採購委員會提供環安室的報告。

3. 案由：茲討論位於 N819 內的溶劑純化系統及手套箱放置變更規劃。

說明：李偉鵬老師表示因溶劑系統洩漏事件頻繁，影響其生物實驗進行，遂提出此議案進行討論變更位置的可能性。(附件 1)

決議：經委員會討論後，建議陳喧應老師與吳鈴若小姐及林淑芬小姐在系上尋找一個適合擺放溶劑系統的位置，並於下一次會議進行討論。搬遷後，原溶劑系統處將置換成其他系上共用儀器。在搬遷溶劑系統之前，若學生在李偉鵬老師實驗室發生環安相關問題，林韋佑老師及許智能老師會協助處理。另外，許智能老師表示，手套箱將會在鐮的計畫結束之後進行搬遷，若手套箱需要於此期間進行再生的話，許老師會注意學生的操作方式。

4. 案由：茲討論螢光光度計報廢案。

說明：因系上公用螢光光度計老舊損壞，請討論是否進行報廢或是維修，相關報價請見(附件 2)。

決議：同意報廢者 4 票，同意維修者 0 票。此案決議將螢光光度計進行報廢，並採購新機。

5. 案由：茲討論系上儀器報廢流程。

說明：1.因系上儀器設備逐漸老舊，且維修費用逐年增加，擬建議相關儀器報廢流程如下：

(1) 儀器使用年限已逾 15 年，維修費用超過 10 萬元以上，送環安採購委員會備查後，得逕行報廢處理。此類型儀器新機採購經委員會評估，得列入新學年度儀器採購第一優先順序。

(2) 儀器使用年限已逾 15 年但仍堪用，又系上已購入同類型新機。舊機可公告供系上老師申請轉入個人實驗室，如申請人數踴躍，最終人選將由環安採購委員會決議。

2.目前系上購入金額 20 萬以上的設備如(附件 3)，請參閱。

決議：經本委員會討論，將第 1 點之(1)的敘述「儀器使用年限已逾 15 年，維修費用超過 10 萬元以上」更改為「儀器已逾使用年限，有問題需要維修者」。

6. 案由：茲討論本學系 112 學年度教研儀器採購變更案。

說明：1. 原定之 112 學年度 100 萬以下採購表如(附件 4)，共 91 萬 5966 元。

2. 因螢光光度計使用頻率高及原定 112 學年採購項目二之原因消失(W11 實驗室與學校認知有出入，不再為本系所完全使用)，因此欲進行 112 年度教研儀器採購變更案。

3. 儀器使用情形：

螢光光度計	化學實驗五、黃俊羸老師實驗室、許智能老師實驗室、陳嘉祥老師實驗室、高佳麟老師實驗室
有機電合成系統	化學實驗五、李建宏老師實驗室、林韋佑老師實驗室

請討論採購之優先順序。

決議：經本委員會討論，同意將 112 學年度教研儀器採購變更案由有機電合成系統更改為螢光光度計，在螢光光度計購入之前，詢問王麗芳老師是否願意出借其螢光光度計供系上化學實驗五使用。有機電合成系統的購置將順移到 113 學年度 100 萬以下採購案之第一順位。

### 參、臨時動議

1. 因執行歐盟奈米醫學計畫，借用系上空間(11 樓辦公室)至 112 年底。因疫情關係，計畫已經國科會同意延長 1 年(如附件)；為執行計畫，敬請同意借用空間延長 1 年。(高佳麟老師提)

決議：因 11 樓的空間屬於競爭空間，須請高老師提出申請後，送環安暨採購委員會進行討論。

2. 本實驗室因研究需求將採購胜肽合成儀及中壓分離系統。因實驗室空間不足，敬請同意將此兩項儀器放置於 N845 共同儀器室煙櫥中，以利實驗進行。(高佳麟老師提)

決議：經委員會討論，同意此議案。

肆、散會：主席宣佈散會：中午 13： 08 分整。